Schwangerschaftstest (Streifen)

Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor du den Test durchführst.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Ovy Schwangerschaftstest ist ein Schwangerschafts-schnelltest für den Heimgebrauch, der bis zu 5 Tage vor der Periode eingesetzt werden kann. Der Test reagiert auf das Schwangerschaftshormon „Human Chorionic Gonadotropin" (hCG), das bereits im frühen Stadium einer Schwangerschaft im Urin gefunden werden kann.

Inhalt der Testpackung

- Eine Packung enthält 2 Teststreifen und ein Trockenmittel. Das Trockenmittel dient lediglich zu Lagerungszwecken und findet beim Test keine Anwendung.
- Gebrauchsanweisung auf Deutsch.

Was brauchst du zur Durchführung?

- Wenn du den Test nicht direkt im Urinstrahl durchführst, benötigst du einen sauberen, trockenen Behälter für die Urinprobe.
- Timer (Uhr).

Vorbereitung

Der Test wertet die Hormone in deinem Urin aus. Für den Test nutzt du am besten deinen Morgenurin, direkt nach dem Aufwachen. Mische keine Urinproben, die zu unterschiedlichen Zeiten entnommen wurden. Der Urin erfordert keine spezielle Vorbehandlung.

Testdurchführung

1. Nutze die Ovy App, um die nächste Periode und damit den richtigen Zeitpunkt für die Testdurchführung zu berechnen.
2. Entnimm eine Urinprobe wie im Punkt „Vorbereitung" beschrieben.
3. Entferne den Teststreifen aus dem versiegelten Beutel, wenn du die Urinprobe aufgefangen hast und zum Testen bereit bist. Berühre den Test nur an der farbig markierten Seite.

4. Tauche den Teststreifen mit den Pfeilen nach unten für mindestens 10 Sekunden senkrecht in die Urinprobe.
5. Lege den Teststreifen auf eine saubere, trockene und nicht saugfähige Oberfläche.
6. Nach 5 Minuten kannst du das Testergebnis ablesen.

Auswertung der Testergebnisse



Um dein Ergebnis zu bestimmen, musst du die Farbintensität der **Testlinie (T)** mit der der **Kontrolllinie (C)** vergleichen. Das Auftreten einer farbigen Kontrolllinie (C) zeigt an, dass du den Test richtig angewendet hast und die richtige Menge Urin absorbiert wurde.

Positives Ergebnis: 2 farbige Linien erscheinen, eine sowohl an der Testlinie (T) und eine an der Kontrolllinie (C). Starke positive Ergebnisse können bereits nach 10 Sekunden beobachtet werden. Schwache positive Ergebnisse können länger dauern: bis zu 10 Minuten. Ein positives Ergebnis ändert sich nicht, nachdem der Test nach 10 Minuten abgeschlossen ist.

Negatives Ergebnis: Es erscheint eine farbige Kontrolllinie (C). Es ist keine farbige Testlinie (T) zu sehen. Um negative Ergebnisse zu bestätigen, solltest du 10 Minuten abwarten.

Ungültiges Ergebnis: Wenn nach 10 Minuten keine Linie oder nur eine Testlinie (T) angezeigt wird, ist das Ergebnis ungültig und du solltest den Test mit einem neuen Teststreifen wiederholen.

Positives Testergebnis

Konsultiere nach einem positiven Testergebnis deinen Arzt/deine Ärztin, um deine Schwangerschaft final zu bestätigen. Wenn die Testlinie sehr schwach ist und du nicht sicher bist, solltest du mindestens 48 Stunden nach dem ersten Test einen zweiten Test durchführen. Wenn du 2 unterschiedlich ausgeprägte Linien siehst, also die Kontrolllinie (C) dunkler ist als die Testlinie (T), kannst du dies als positives Ergebnis interpretieren. Flecken, Schatten oder Verdunstungsspuren sind kein positives Ergebnis. Wenn du schwanger bist, ist die Testlinie in der Regel deutlich und offensichtlich erkennbar.

Negatives Testergebnis

Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass du wahrscheinlich nicht schwanger bist oder dass der Spiegel des Schwangerschaftshormons hCG noch nicht hoch genug ist. Die Konzentration des Schwangerschaftshormons hCG nimmt mit fortschreitender Schwangerschaft zu. Wenn du in den Tagen vor deiner Periode testest und ein negatives Ergebnis erhältst, besteht immer noch die Möglichkeit, dass du schwanger bist, allerdings zu früh getestet hast. Bei vermuteter Schwangerschaft sollte der Test mindestens 48 Stunden nach dem ersten Test mit einer frischen Urinprobe wiederholt werden. Wenn der zweite Test immer noch negativ ist und deine Menstruation noch nicht eingetreten ist, kannst du deinen Arzt/deine Ärztin konsultieren, um Klarheit zu schaffen. Beachte auch, dass sich die vorhergesagte Zykluslänge bzw. nächste Periode um einige Tage verschieben kann. In der folgenden Tabelle findest du die Ergebnisse der klinischen Tests des Ovy Schwangerschaftstests.

Anzahl der Tage vor der erwarteten nächsten Periode	% der Proben von schwangeren Frauen, mit positivem Ergebnis
1 Tag	99 %
2 Tage	99 %
3 Tage	99 %
4 Tage	96 %
5 Tage	78 %

Die Ovy App für iOS und Android zur Bestimmung der nächsten Periode

Nutze die Ovy App, um deinen Zyklus zu berechnen. So weißt du, wann du den Test frühestens durchführen kannst. Der Ovy Schwangerschaftstest kann bereits 5 Tage vor der nächsten Periode durchgeführt werden. Wenn du den positiven Schwangerschaftstest dann in der Ovy App dokumentierst, gelangst du in den Schwangerschaftsmodus der Ovy App, in dem u.a. dein errechneter Geburtstermin und deine aktuelle Schwangerschaftswoche angezeigt werden.

Allgemeine Hinweise

- Für die In-vitro-Diagnose.
- Dieser Test ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.
- Mit normalem Hausmüll entsorgen.
- Der Test kann zwischen 2 und 30°C in der verschlossenen Folienverpackung bis zum Verfallsdatum gelagert werden. Nicht einfrieren.
- Direktes Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Hitze vermeiden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht verwenden, wenn der Folienbeutel zerrissen oder nicht gut verschlossen ist.

Einschränkungen

Wie bei allen diagnostischen Tests sollte eine bestätigte Schwangerschaftsdiagnose erst von einem Arzt/einer Ärztin gestellt werden, nachdem alle klinischen Laborbefunde ausgewertet wurden.

Hinweise zur Anwendung

- Bei gesunden, nicht schwangeren Frauen werden negative Ergebnisse erwartet. Wenn du unerwartete Ergebnisse erzielst, solltest du mit deinem Arzt/deiner Ärztin sprechen.
- Fruchtbarkeitsmedikamente, die hCG enthalten, führen zu irreführenden Ergebnissen (diese Fruchtbarkeitsmedikamente werden normalerweise durch Injektion verabreicht und ein zu frühes Testen nach der Verabreichung kann zu einem falschen positiven Ergebnis führen).
- Der Test sollte nicht durch andere Fruchtbarkeitstherapien (wie Clomifen), Schmerzmittel, Antibiotika oder hormonelle Kontrazeptiva (z. B. Antibabypille) beeinflusst werden.
- Wenn du kürzlich die Anwendung der hormonellen Empfängnisverhütung eingestellt hast oder Frucht barkeitstherapien wie Clomifen anwendest, kann deine Periode unregelmäßig sein, was dazu führt, dass du den Test gegebenenfalls zu früh durchführst.
- Wenn du kürzlich schwanger warst, erhältst du möglicherweise ein falsches „positives" Ergebnis.

Die Ovy App mit Ovy Bluetooth Basalthermometer

Die Ovy App hilft dir anhand von Daten, deine fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage zu berechnen. Wähle in der Ovy App unter „Empfängnisregelung", „Kinderwunsch" oder „Körper kennenlernen" aus. Am effektivsten ist die Ovy App in Kombination mit dem passenden Ovy Bluetooth Basalthermometer, das deine Temperatur am Morgen direkt an die App zur Berechnung überträgt. Entdecke weitere Ovy Produkte rund um den weiblichen Zyklus, wie Hygienemittel oder Teststreifen.

Bei Fragen oder Feedback steht dir unser Kundenservice gerne jederzeit zur Verfügung.

Shop: ovyapp.com
E-Mail: hello@ovyapp.com
Connect: facebook.com/ovyapp
instagram.com/ovyapp

Zeichenerklärung

- Gebrauchsanweisung beachten
- Verwendbar bis
- Angabe für Grenzwerte der Lagertemperatur
- Inhalt ausreichend für <n> Tests
- Hersteller
- IVD In-vitro-Diagnostikum
- Trocken halten
- REF Artikelnummer
- Beachte die Sicherheitshinweise
- LOT Chargennummer
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Nicht zur Wiederverwendung
- EC REP Bevollmächtigter für Medizinprodukte

RUNBIO BIOTECH CO., LTD. Rongsheng Technological Zone, Univ. Rd., Shantou, Guangdong, China 515063

EC REP MedNet GmbH, Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

REF RH-HCG-HS

7 9045 222 DA
2020-09-07