

# Fragen und Antworten

- Wie funktioniert Clearblue mit Wochenbestimmung?**  
Wenn Sie schwanger sind, bildet Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Konzentration im Körper steigt in der Frühschwangerschaftsphase stetig an. Dieser Test kann schon winzige Mengen dieses Hormons in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 25 mIU/ml.) Ausgehend von der Konzentration des hCG in Ihrem Urin zeigt die Wochenbestimmung den ungefähren Zeitpunkt Ihrer Empfängnis an.
- Wie zuverlässig ist Clearblue mit Wochenbestimmung bei der Erkennung einer Schwangerschaft?**  
Laut Labortests zeigt Clearblue mit Wochenbestimmung mit einer Zuverlässigkeit von 99 % an, ob Sie schwanger sind oder nicht, wenn Sie den Test ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode durchführen. Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ angezeigt wird, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Siehe Frage 4.
- Wie zuverlässig ist die Wochenbestimmung?**  
Die Wochenbestimmung erfolgt bei einer vorliegenden Schwangerschaft mit einer Zuverlässigkeit von 93 %. Die Angabe basiert auf der hCG-Konzentration in Ihrem Urin. Die Konzentration des hCG variiert von Frau zu Frau. Daher kann die Wochenbestimmung gelegentlich irreführende Ergebnisse anzeigen. Es wurde nachgewiesen, dass die Ergebnisse der Wochenbestimmung zu 97 % mit der späteren Bestimmung der Empfängnis durch Ultraschall übereinstimmen (11 bis 13 Wochen). Basierend auf Studien mit 187 Frauen und auf einem Vergleich der Ergebnisse (1-2, 2-3, 3+ Wochen seit der Empfängnis) mit der Datumsbestimmung durch Ultraschall. Wenn Sie den Test mehr als 6 Wochen nach der Empfängnis durchführen, kann die Wochenbestimmung unerwartete Ergebnisse anzeigen. Dies liegt daran, dass die hCG-Konzentration im Urin zu hoch ist, um die vergangene Zeit seit Ihrer Empfängnis exakt bestimmen zu können.
- Wann kann ich Clearblue mit Wochenbestimmung anwenden?**  
Sie können den Test bis zu 5 Tage vor dem Ausbleiben der Periode (das entspricht 4 Tage vor Fälligkeit der Periode) durchführen. Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ angezeigt wird, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer klinischen Untersuchung mit Proben aus der Frühschwangerschaft.

Früheres Testen				
Anzahl der Tage vor Fälligkeit der Periode	-1	-2	-3	-4
% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben	98 %	97 %	90 %	65 %

Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Sie trotzdem glauben, dass Sie schwanger sind, lesen Sie Frage 13.  
Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre gewöhnliche Zykluslänge, indem Sie die Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen.  
Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, sollten Sie vom längsten Zyklus der letzten Monate ausgehen, bevor Sie testen.

- Kann die Einnahme von Medikamenten oder können gesundheitliche Beschwerden das Ergebnis beeinflussen?**  
Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen.  
Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können zu irreführenden Ergebnissen führen. (Diese fruchtbarkeitsfördernden Arzneimittel werden üblicherweise injiziert. Wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.)  
Andere fruchtbarkeitsfördernde Mittel (z. B. Clomiphencitrat), Schmerzmittel und hormonelle Verhütungsmittel (z. B. Antibabypille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.  
Wenn Sie erst seit kurzem keine hormonalen Verhütungsmittel mehr einnehmen oder wenn Sie fruchtbarkeitsfördernde Mittel wie Clomiphencitrat einnehmen, kann sich Ihre Zykluslänge verändert haben, sodass Sie möglicherweise zu früh testen.  
Wenn Sie bis vor Kurzem schwanger waren (selbst wenn Sie das Kind nicht bis zum Ende der Schwangerschaft ausgetragen haben), ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.  
Wenn Sie kurz vor den Wechseljahren sind, können Sie fälschlicherweise das Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind.  
Ebenso können Eileiterschwangerschaften oder Zysten an den Eierstöcken irreführende Ergebnisse liefern.  
Multiple Schwangerschaften und Eileiterschwangerschaften können zu irreführenden Ergebnissen der Wochenbestimmung führen.  
Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

**Ich habe den Test durchgeführt, aber das Symbol „Warten“ ist nicht erschienen. Was bedeutet das?**  
Der Test hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Siehe Testfehler.

**Ich habe den Test durchgeführt, aber im Display wird kein Ergebnis angezeigt. Was bedeutet das?**  
Das Ergebnis erscheint normalerweise innerhalb von 3 Minuten auf dem Display. Wenn kein Ergebnis erscheint, lesen Sie den Abschnitt „Testfehler“.

**Mein Test hat ergeben, dass ich schwanger bin. Was soll ich tun?**  
Wenn das Ergebnis „Schwanger“ lautet, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen. Die Wochenbestimmung ermittelt nur eine ungefähre Anzahl an Wochen seit Ihrer Empfängnis. Ihr Arzt wird das Stadium der Schwangerschaft anhand des ersten Tages Ihrer letzten Periode einschätzen. Die Empfängnis findet etwa 2 Wochen vor Fälligkeit der nächsten Periode statt.

**Der Test zeigt an, dass ich schwanger bin, aber ich glaube nicht, dass die Empfängnis zu dem Zeitpunkt stattfand, den die Wochenbestimmung anzeigt. Ist das möglich?**  
Die Wochenbestimmung ist zu 93 % genau, wenn der Test mit dem Morgenurin durchgeführt wird. Einige Medikamente oder Erkrankungen können das Ergebnis beeinflussen. Siehe Frage 5.

**Ich habe gestern getestet und das Ergebnis war „Schwanger“. Heute habe ich wieder getestet und die Wochenbestimmung zeigt eine geringere Anzahl von Wochen seit der Empfängnis an. Was soll ich tun?**  
Die hCG-Konzentration steigt schwankend an. Daher ist es möglich, dass Ihnen die Wochenbestimmung bei einem Test an aufeinanderfolgenden Tagen unerwartete Ergebnisse anzeigt. Testen Sie nach 5 Tagen erneut, und wenn die Wochenbestimmung immer noch eine geringere Anzahl von Wochen seit der Empfängnis anzeigt, lesen Sie bitte Frage 12.

**Zuerst wurde das Testergebnis „Schwanger“ angezeigt, doch bei einem erneuten Test wurde „Nicht Schwanger“ angezeigt oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?**  
Obwohl der Test eine Zuverlässigkeit von über 99 % hinsichtlich des Nachweises des Schwangerschaftshormons ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode aufweist, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird und Sie später feststellen, dass Sie nicht schwanger sind (d. h., dass Sie später das Ergebnis „Nicht Schwanger“ erhalten oder Sie Ihre Periode bekommen). Dies kann auf einen natürlichen Abgang während der Frühschwangerschaft, auch bekannt als „früher Schwangerschaftsverlust“, zurückzuführen sein, der leider nicht selten vorkommt. 1 von 4 Schwangerschaften endet mit einem solchen frühen Schwangerschaftsverlust. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

**Ich habe vor einer Woche getestet und das Ergebnis war „Schwanger“. Ich habe nochmals getestet und die Wochenbestimmung zeigt eine geringere Anzahl an Wochen seit der Empfängnis an. Was soll ich tun?**  
Wenn Sie beide Male gemäß den Anwendungshinweisen und mit Ihrem Morgenurin getestet haben und die Wochenbestimmung unerwartete Ergebnisse lieferte, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

**Mein Test hat ergeben, dass ich nicht schwanger bin. Was soll ich tun?**  
Es kann sein, dass Sie nicht schwanger sind oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons zu niedrig ist, um es nachweisen zu können, oder dass Sie den Fälligkeitstag der Periode falsch berechnet haben.  
• Wenn Sie früher getestet haben, testen Sie erneut, wenn Ihre Periode fällig ist.  
• Wenn Ihre Periode überfällig ist, führen Sie nach drei Tagen einen weiteren Test durch. Wenn dieser Test ebenfalls das Ergebnis „Nicht Schwanger“ anzeigt und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, suchen Sie Ihren Arzt auf.

## Testfehler

- Fehlersymbol „Buch“** – während des Testens ist ein Fehler aufgetreten.
- Es kann sein, dass:
- Die saugfähige Testspitze nicht nach unten gerichtet oder das Teststäbchen nach Aufnahme des Urins nicht flach hingelegt wurde.
  - Zu viel oder zu wenig Urin aufgebracht wurde. Sie sollten den Test mit einem neuen Teststäbchen wiederholen und dabei die Anwendungshinweise genau beachten.

**Fehler: kein Ergebnis**  
Der Test hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Möglicherweise wurden die Anwendungshinweise nicht genau befolgt. Sie müssen einen weiteren Test durchführen. Halten Sie sich dabei genau an die Anwendungshinweise.

## Entsorgung des Tests

Nehmen Sie die Batterie aus dem Teststäbchen, bevor Sie den Test entsorgen. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Zur Entnahme der Batterie eine Münze in den Schlitz am Ende des Tests einsetzen und zum Aufbrechen der Rückseite des Teststäbchens drehen. Sollte die Batterie nicht sichtbar sein, dann lassen Sie den Batteriehalter aus dem Teststäbchen in Richtung des gezeigten Pfeils gleiten, um so die Entnahme zu erleichtern. **Warnung:** Die Batterien nicht auseinandernehmen, wiederaufladen oder ins Feuer werfen. Den Rest des Teststäbchens gemäß den geeigneten Recycling-Verfahren für Elektronikgeräte entsorgen. Elektronikgeräte nicht ins Feuer werfen.

**www.clearblue.com**  
Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.  
**DE 0800 589 4015 • AT 0800 070 359** Anrufe sind kostenlos.  
Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört.  
Bitte halten Sie das Produkt und dessen Verpackungen, inklusive der Folienverpackung, bereit, wenn Sie uns anrufen.

Dieses digitale IVD-Gerät erfüllt bezüglich Emissionen und Störfestigkeit die Anforderungen der Norm EN 61326-2-6:2006. Die beim elektronischen Instrument angewandten EMV-Gegenmaßnahmen bieten einen angemessenen Schutz vor den Auswirkungen von elektromagnetischen Störungen, die in einer häuslichen Umgebung auftreten können. Der folgende vorbeugende Warnhinweis bezieht sich auf Geräte, die die Norm EN 61326-2-6:2006 erfüllen.

a) Die Verwendung dieses Geräts in einer trockenen Umgebung kann, insbesondere in Anwesenheit von synthetischen Materialien (Kleidung und Teppiche aus Kunststofffasern usw.), zu schädlichen statischen Entladungen und somit zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

b) Dieses Gerät nicht in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung (z. B. Mobiltelefone) verwenden, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen können.

	Hersteller		Nicht wiederverwenden
	Batch-Code		Medizinisches Produkt für die <i>in-vitro</i> -Diagnostik
	Verfallsdatum		Temperaturbegrenzung 2 °C bis 30 °C

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz. Clearblue ist eine Marke von SPD. © 2021 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

- Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der *in-vitro*-Diagnostik. Nicht zur internen Anwendung. Nicht wiederverwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden. Dieses Produkt enthält Batterien. Dieses Produkt ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Enthält Kleinteile. Keine Bestandteile dieses Geräts schlucken. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt aufsuchen. Melden Sie jegliche Verletzung, die durch die Verwendung dieses Produkts von Clearblue verursacht wurde.



## Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Clearblue Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung, der in einer Folienverpackung mit dem Aufdruck „DIGITAL“ verpackt ist. Auf der anderen Seite dieser Gebrauchsanweisung befindet sich eine separate Gebrauchsanweisung für den Clearblue Schwangerschaftstest Frühe Erkennung, die vor der Anwendung gelesen werden sollte.

- Sie können diesen Schwangerschaftstest zu jeder Tageszeit durchführen, wenn Sie ihn ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode verwenden.
- Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin.
- Für eine genaue Wochenbestimmung müssen Sie mit Ihrem Morgenurin testen.
- Nehmen Sie vor dem Test nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich.
- **Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.**

### 1 Durchführung des Tests

Wenn Sie für den Test bereit sind, nehmen Sie das Teststäbchen aus der Folienverpackung und ziehen Sie die blaue Kappe ab. Testen Sie unmittelbar danach.

**ENTWEDER**  
Sie testen in Ihrem Urinstrahl.

- Halten Sie die saugfähige Testspitze nach unten gerichtet **nur 5 Sekunden lang** in den Urinstrahl.
- Achten Sie darauf, dass der übrige Teil des Teststäbchens trocken bleibt.
- Sie können die Kappe wieder aufsetzen und das Teststäbchen auf eine flache Unterlage legen.



**ODER**  
Fangen Sie eine Urinprobe in einem sauberen, trockenen Behälter auf.

- Tauchen Sie die saugfähige Testspitze nach unten gerichtet **nur 20 Sekunden lang** in den Urin.
- Sie können die Kappe wieder aufsetzen und das Teststäbchen auf eine flache Unterlage legen.



### 2 Warten ...

- Im Display beginnt das Symbol „Warten“ zu blinken und zeigt so an, dass der Test ausgewertet wird.
- Wenn das Symbol „Warten“ nicht mehr blinkt, wird Ihr Ergebnis angezeigt. Wenn das Symbol „Warten“ nach Verwendung des Tests nicht angezeigt wird, lesen Sie Frage 6.



Halten Sie das Teststäbchen während der Durchführung **niemals** mit der saugfähigen Testspitze nach oben.

### 3 Ablesen Ihres Ergebnisses

Die **Wochenbestimmung** zeigt Ihnen die ungefähre Anzahl der seit Ihrer Empfängnis vergangenen Wochen an. Diese Information wird Ihnen zusammen mit dem Ergebnis „Schwanger“ auf dem Display angezeigt.

- Innerhalb von **3 Minuten** wird Ihr Ergebnis im Display angezeigt.
- Das Ergebnis „Schwanger“ kann auf dem Display angezeigt werden, **bevor** das Ergebnis der Wochenbestimmung erscheint. **Warten Sie so lange**, bis das Symbol „Warten“ nicht mehr blinkt, um das Ergebnis der Wochenbestimmung abzulesen. Dies kann bis zu 3 Minuten dauern.
- Manchmal werden Ergebnisse schon nach 1 Minute angezeigt.
- Das Ergebnis bleibt ca. 24 Stunden auf dem Display ablesbar.
- Wenn das Ergebnis „Schwanger“ lautet, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen. Ihr Arzt wird das Stadium der Schwangerschaft anhand des ersten Tages Ihrer letzten Periode berechnen.
- Etwa 2 Wochen vor dem Fälligkeitstag Ihrer nächsten Periode findet die Empfängnis statt. Die Wochenbestimmung zeigt Ihnen die ungefähre Anzahl der seit Ihrer Empfängnis vergangenen Wochen an.

- Die Wochenbestimmung erfolgt bei einer vorliegenden Schwangerschaft mit einer Zuverlässigkeit von 93 %. Diese Angabe basiert auf der Konzentration des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Choriongonadotropin) in Ihrem Urin. Die Konzentration des hCG variiert von Frau zu Frau. Daher kann die Wochenbestimmung gelegentlich irreführende Ergebnisse anzeigen. Wenn ab dem Fälligkeitstag Ihrer erwarteten Periode getestet wird, liegt die Zuverlässigkeit des Ergebnisses „Schwanger“/„Nicht Schwanger“ bei über 99 %.

#### Testfehler

Wenn Sie das Teststäbchen verwendet haben und auf dem Display erscheint keines der auf dieser Seite gezeigten Ergebnisse, dann lesen Sie bitte den Abschnitt über „Testfehler“ durch.

#### So lesen Sie das Ergebnis richtig ab

Ergebnisse	Zeit seit Empfängnis	Wie Ihr Arzt die Schwangerschaft (in Wochen) datiert (basierend auf einem 28-Tage-Zyklus*)
	Ihr Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“, siehe Frage 13.	-
	Ihr Ergebnis lautet „Schwanger“ und die Empfängnis fand vor ca. 1 bis 2 Wochen statt.	3-4 Wochen
	Ihr Ergebnis lautet „Schwanger“ und die Empfängnis fand vor ca. 2 bis 3 Wochen statt.	4-5 Wochen
	Ihr Ergebnis lautet „Schwanger“ und die Empfängnis fand vor mehr als 3 Wochen statt.	5+ Wochen

\*Ihr Arzt datiert Ihre Schwangerschaft ab dem ersten Tag Ihrer letzten Periode und nicht ab dem Tag Ihrer Empfängnis.

## Frage und Antworten

### 1 Wie funktioniert Clearblue?

Wenn Sie schwanger sind, bildet Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Dieser Test kann schon winzige Mengen des Hormons hCG in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 10 mIU/ml.)

### 2 Wann kann ich einen Test mit Clearblue Frühe Erkennung durchführen?

Sie können bis zu 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode (5 Tage vor der Fälligkeit der Periode) testen. Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ erhalten, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aus Labortests mit Proben aus der Frühschwangerschaft.

Früheres Testen	
Anzahl der Tage vor Fälligkeit der Periode	% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben
0	> 99 %
1	> 99 %
2	> 99 %
3	> 99 %
4	96 %
5	79 %

### 3 Mein Test hat ergeben, dass ich schwanger bin. Was soll ich tun?

Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen.

### 4 Mein Test hat ergeben, dass ich nicht schwanger bin, aber ich glaube, das stimmt nicht. Was soll ich tun?

Es kann sein, dass Sie nicht schwanger sind oder die Konzentration von hCG zu niedrig ist, um es nachweisen zu können, oder dass Sie den Fälligkeitstag der Periode falsch berechnet haben. Wenn Sie früher getestet haben, testen Sie erneut, wenn Ihre Periode fällig ist. Wenn Ihre Periode überfällig ist, führen Sie nach drei Tagen einen weiteren Test durch. Wenn dieser Test ebenfalls das Ergebnis „Nicht Schwanger“ anzeigt und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, suchen Sie Ihren Arzt auf.

### 5 Zuerst wurde das Testergebnis „Schwanger“ angezeigt, doch bei einem erneuten Test wurde „Nicht Schwanger“ angezeigt oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?

Obwohl der Test eine Zuverlässigkeit von über 99 % hinsichtlich des Nachweises des Schwangerschaftshormons ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode aufweist, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird und Sie später feststellen, dass Sie nicht schwanger sind (d. h., dass Sie später das Ergebnis „Nicht Schwanger“ erhalten oder Sie Ihre Periode bekommen). Dies kann auf einen natürlichen Abgang während der Frühschwangerschaft, auch bekannt als „früher Schwangerschaftsverlust“, zurückzuführen sein, der leider nicht selten vorkommt. 1 von 4 Schwangerschaften endet mit einem solchen frühen Schwangerschaftsverlust. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

### 6 Kann die Einnahme von Medikamenten oder können gesundheitliche Beschwerden das Ergebnis beeinflussen?

Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen. Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis beeinträchtigen. Eileiterschwangerschaften oder eine kürzliche Schwangerschaft, auch wenn diese nicht ausgetragen wurde, können zu irreführenden Ergebnissen führen. Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie fälschlicherweise das Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind. Hormontherapien mit Clomiphencitrat, Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika oder Antibabypillen sollten auf den Test keine Auswirkungen haben. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

### 7 Als ich den Test durchgeführt habe, hat sich die Testspitze nicht vollständig rosa gefärbt. Was soll ich tun?

Unter Umständen wurde nicht genügend Urin aufgenommen; erscheint die blaue Linie im Kontrollfenster jedoch innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests, hat der Test funktioniert. Erscheint innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster, siehe Frage 8.

### 8 Ich habe den Test durchgeführt, aber im Kontrollfenster wird keine blaue Linie angezeigt. Was soll ich tun?

Wenn mehr als 10 Minuten seit Durchführung des Tests vergangen sind, hat der Test nicht funktioniert. Mögliche Ursachen:

- Die sich färbende Testspitze wurde nicht nach unten gehalten oder das Teststäbchen nach Aufnahme des Urins nicht flach hingelegt.
- Sie haben zu viel oder zu wenig Urin aufgebracht.

Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststäbchen und halten Sie sich genau an die Anwendungshinweise. Es könnte ratsam sein, eine Urinprobe aufzufangen und einen Test mittels der Methode „Probe“ durchzuführen.

### 9 Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?

Weitere Informationen finden Sie in den Abbildungen im Abschnitt „Ablesen Ihres Ergebnisses“.

**Abbildung A:** Ihr Ergebnis ist „Nicht Schwanger“. Falls Sie immer noch denken, dass Sie schwanger sein könnten, siehe Frage 4.

**Abbildungen B-D:** Ihr Ergebnis ist „Schwanger“. Das Erscheinungsbild der Linie im Ergebnisfenster kann variieren, unabhängig davon, wie blass oder dunkel die Linie ist, handelt es sich dennoch um das Ergebnis „Schwanger“.

**Abbildung B:** Diese Art der Anzeige ist wahrscheinlicher, wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen und die hCG-Konzentration in Ihrem Urin möglicherweise relativ gering ist.

**Abbildung C:** Diese Anzeige erscheint typischerweise, wenn Sie am bzw. um den Fälligkeitstag Ihrer Periode testen.

**Abbildung D:** So kann es aussehen, wenn Sie mehrere Tage nach dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen, da die hCG-Konzentration dann höher ist.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung.

## www.clearblue.com

Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 - 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.


**DE 0800 589 4015 • AT 0800 070 359** Anrufe sind kostenlos. Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie das Produkt und dessen Verpackungen, inklusive der Folienverpackung, bereit, wenn Sie uns anrufen.

Für weitere Informationen und allgemeine Empfehlungen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft besuchen Sie unsere Website unter: [www.clearblue.de](http://www.clearblue.de)

 LOT	Batch-Code	 IVD	Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik		Hersteller
	Verfallsdatum		Temperaturbegrenzung 2 °C bis 30 °C		Nicht wiederverwenden

Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik. Nicht zur internen Anwendung. Nicht wiederverwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden. Entsorgung im normalen Hausmüll. Gerät nicht auseinandernehmen. Enthält Kleinteile. Keine Bestandteile dieses Geräts schlucken. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt aufsuchen.

 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz. Clearblue ist eine Marke von SPD. © 2021 SPD. Alle Rechte vorbehalten.



0123



# Clearblue®

## Schwangerschaftstest Frühe Erkennung

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Clearblue Schwangerschaftstest Frühe Erkennung. Die Anweisungen auf der anderen Seite dieser Gebrauchsanweisung beziehen sich auf den Clearblue Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung, der auf der Folienverpackung den Aufdruck „DIGITAL“ trägt.

- Über 99 % zuverlässig ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode.
- **Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.**

### 1 Testzeitpunkt

Kappe Sich färbende Testspitze



- Ein Test ist bis zu 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode möglich, d. h. 5 Tage vor Fälligkeit der Periode.
- Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin. Sie können aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt testen.
- Nehmen Sie vor dem Test nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich.

### 2 Durchführung des Tests

A



**URINSTRALH**

Sie müssen die sich färbende Testspitze für volle 5 Sekunden in den Urinstrahl halten.

ODER

B



**PROBE**

Beginnen Sie mit dem Messen der 20 Sekunden, sobald Sie sehen, dass sich die Spitze rosa färbt.

Tauchen Sie nur die Testspitze vollständig ein.

- Entfernen Sie die Folienverpackung und nehmen Sie die Kappe ab. **Testen Sie unmittelbar danach.**

#### Auswahl der Testmethode

- **WICHTIG: Die sich färbende Testspitze färbt sich sofort rosa, um zu zeigen, dass sie Urin aufnimmt.**

**A** Halten Sie die sich färbende Testspitze für volle 5 Sekunden in den Urinstrahl.

**ODER**


**B** Fangen Sie den Urin in einem sauberen und trockenen Behälter auf und tauchen Sie nur die Testspitze für volle 20 Sekunden in die Urinprobe ein.

- Färbt sich die Testspitze nicht vollständig rosa, siehe Frage 7.
- Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage.
- Beginnen Sie mit der Zeitnahme.

**3**  
Minuten

## WARTEN SIE 3 MINUTEN, bis Sie Ihr Ergebnis ablesen

### 3 Ablesen Ihres Ergebnisses



**NICHT SCHWANGER**



Abbildung A

**WENN SIE ZWEI LINIEN SEHEN,  
SIND SIE SCHWANGER**



Abbildung B



Abbildung C



Abbildung D

UNABHÄNGIG DAVON, OB EINE DER LINIEN HELLER ODER DUNKLER IST ALS DIE ANDERE.

- Eine Linie im Kontrollfenster kann sich schnell zeigen, aber Sie **MÜSSEN** vor dem Ablesen Ihres Ergebnisses 3 Minuten lang warten. Wenn keine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen (siehe Frage 8).

- Wenn Sie das Ergebnis „**Nicht Schwanger**“ erhalten haben, lesen Sie Frage 4.
- Wenn Sie das Ergebnis „**Schwanger**“ erhalten haben, lesen Sie Frage 3.
- Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, lesen Sie Frage 9.

**WICHTIG!** Lesen Sie Ihr Ergebnis spätestens 10 Minuten nach der Durchführung des Tests ab. Ignorieren Sie Veränderungen Ihres Ergebnisses nach dieser Zeit.